

Laboratório	A3	A25	A26	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A66	A74	B7	B13	B27	B39	B42	B47	B48	B54	B55	B56	B57	B58	B60	B61	B63	B67	B73	B81	B82	Cw1	Cw2	Cw5	Cw7	Cw8	Cw17		
14																																						
27																																						
35																																						
	A3	A25	A26	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A66	A74	B7	B13	B27	B39	B42	B47	B48	B54	B55	B56	B57	B58	B60	B61	B63	B67	B73	B81	B82	Cw1	Cw2	Cw5	Cw7	Cw8	Cw17		

Especificidades reportadas	A29	A30	A31	A32	A33	A74	A25	A26	A34	B7	B27	B42	B54	B55	B56	B67	B81	B82	A3	A66	B13	B39	B47	B48	B57	B58	B60	B61	B63	B73	Cw1	Cw2	Cw5	Cw7	Cw8	Cw17	
Nº de laboratórios	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%

Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.

Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes com 67%.

Especificidade reportada por um único laboratório participante.