



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2017
Painel de Fenótipos - Classe II - amostra 81

Laboratório	DR1	DR103	DR4	DR8	DR9	DR10	DR11	DR12	DR13	DR14	DR15	DR16	DR51	DR52	DR53	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DP1	
14																							
27																							
35																							

Especificidades reportadas	DR1	DR103	DR4	DR8	DR9	DR10	DR11	DR12	DR13	DR14	DR15	DR16	DR51	DR52	DR53	DR14	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DP1
Nº de laboratórios	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%

<p>Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.</p>	<p>Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes com 67%.</p>	<p>Especificidade reportada por um único laboratório participante.</p>
--	--	--