

**CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2017**

**Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 77**

Laboratório	A11	A25	A26	A30	A34	A36	A66	A1	A3	A23	A24	A29	A31	A32	A33	A74
14																
27																
35																
A11	A25	A26	A30	A34	A36	A66	A1	A3	A23	A24	A29	A31	A32	A33	A74	

Especificidades reportadas	A11	A25	A26	A30	A34	A36	A66	A1	A3	A23	A24	A29	A31	A32	A33	A74
Nº de laboratórios	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%

Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.

Especificidade intermediária reportada pelos laboratórios participantes em 67%.

Especificidade reportada por um único laboratório participante.