

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2017
Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 77

Laboratório	DQ5	DQ6	DR51	DR15	DR16
14					
27					
35					
	DQ5	DQ6	DR51	DR15	DR16

Especificidades reportadas	DQ5	DQ6	DR51	DR15	DR16
Nº de laboratórios	3	3	2	1	1
%	100%	100%	67%	33%	33%
	<p>Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.</p>		<p>Especificidade intermediária reportada pelos laboratórios participantes em 67%.</p>	<p>Especificidade reportada por um único laboratório participante.</p>	