



**CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2016**

**Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 73**

Laboratório	A23	A24	A25	A32	B7	B13	B18	B27	B37	B38	B44	B47	B49	B51	B52	B53	B57	B58	B59	B60	B63	B64	B65	B82	Cw8	Cw12	
4	Não realizou o Teste																										
7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19	Não realizou o Teste																										
25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
45	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
47	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	A23	A24	A25	A32	B7	B13	B18	B27	B37	B38	B44	B47	B49	B51	B52	B53	B57	B58	B59	B60	B63	B64	B65	B82	Cw8	Cw12	

Especificidades reportadas	A23	A24	A25	A32	B44	B49	B51	B52	B53	B57	B58	B59	B63	B13	B27	B37	B47	B38	B64	B65	B7	B18	B60	B82	Cw8	Cw12
Nº de laboratórios	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%	80%	60%	60%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

Amostra sem consenso: Somente cinco laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções .

Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 40% e 60%.

Especificidade reportada por um único laboratório participante.