

Laboratório	DR7
13	Amostra reportada como negativa
15	NÃO REPORTADO
16	Amostra reportada como negativa
19	Amostra reportada como negativa
28	Amostra reportada como negativa
49	Amostra reportada como negativa
50	
	DR7

Especificidades Reportadas	Reportada como negativa	DR7
Nº de Laboratórios	5	1
%	83%	17%
	Amostra sem consenso: Somente seis laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções .	Especificidade reportada por um único laboratório participante.