

Laboratório	A23	A24	A32	B51	B52	A25	B44	B53	B57	B58	B63	B49	B59	B78	A11	A36	B27	A1	A3	A33	A68	A80	B35	B37	B47	B64	B65	Cw9	C*12	
13																														
15	NÃO REPORTADO																													
16																														
19																														
28																														
49																														
50																														
	A23	A24	A32	B51	B52	A25	B44	B53	B57	B58	B63	B49	B59	B78	A11	A36	B27	A1	A3	A33	A68	A80	B35	B37	B47	B64	B65	Cw9	C*12	

Especificidades Reportadas	A23	A24	A32	B51	B52	A25	B44	B53	B57	B58	B63	B49	B59	B78	A11	A36	B27	A1	A3	A33	A68	A80	B35	B37	B47	B64	B65	Cw9	C*12
Nº de Laboratórios	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
%	83%	83%	83%	83%	83%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	50%	50%	50%	33%	33%	33%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%

Amostra sem consenso: Somente Seis laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções .

Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 33% e 67%.

Especificidade reportada por um único laboratório participante.