

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014
Painel de Fenótipos - Classe II - amostra 62

Laboratório	Resultados
13	Amostra reportada como negativa
15	NÃO REPORTADO
16	Amostra reportada como negativa
19	Amostra reportada como negativa
28	Amostra reportada como negativa
49	Amostra reportada como negativa
50	Amostra reportada como negativa

Especificidades Reportadas	Reportada como negativa
Nº de Laboratórios	6
%	100
<p>Amostra sem consenso: Somente Seis laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções .</p>	