

Laboratório	DR15	DR18	DR51	DR52	DQ5	DQ6	DQA1*01	DQA1*03
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
15								
17	Não reportado							
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28	Não reportado							
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
42								
43								
44								
45								
49								
51								
54								
56	Não reportado							
58								
	DR15	DR18	DR51	DR52	DQ5	DQ6	DQA1*01	DQA1*03

Especificidades reportadas	DQ6	DQ5	DQA1*01	DR15	DR18	DR51	DR52	DQA1*03
Nº de laboratórios	33	32	7	1	1	1	1	1
%	97	94	21	3	3	3	3	3
	Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.		Especificidade intermediária reportada pelo laboratório participante com 21%.	Especificidades reportadas por um único laboratório.				