

Laboratório	A3	A2	A33	A34	A66	A11	B46	B51	B75	B38	B57	B62	B63	B76	A32	A68	A74	B27	B35	B50	B53	B58	B60	B61	A31	B39	B41	B42	B52	B67	B78	C*15	
13																																	
15	NÃO REPORTADO																																
16																																	
19																																	
28																																	
49																																	
50																																	
	A3	A2	A33	A34	A66	A11	B46	B51	B75	B38	B57	B62	B63	B76	A32	A68	A74	B27	B35	B50	B53	B58	B60	B61	A31	B39	B41	B42	B52	B67	B78	C*15	
Especificidades Reportadas																																	
Nº de Laboratórios	6	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
%	100%	83%	83%	83%	83%	67%	67%	67%	67%	50%	50%	50%	50%	50%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
Amostra sem consenso: Somente Seis laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções .						Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 33% e 67%.																	Especificidade reportada por um único laboratório participante.										