

<b>CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2014</b>
<b>Painel de Fenótipos - Classe II - amostra 59</b>

Laboratório	DR13	DR4	DR11	DR12	DR14	DR15	DR16	DR17	DR18	DR51	DR1	DR103	DR52	DR53	DR8	DQ4	DQ7	DQ8	DQA1*04	DPB1*0301	DPB1*1301
13																					
15	NÃO REPORTADO																				
16																					
19																					
28																					
49																					
50																					
	DR13	DR4	DR11	DR12	DR14	DR15	DR16	DR17	DR18	DR51	DR1	DR103	DR52	DR53	DR8	DQ4	DQ7	DQ8	DQA1*04	DPB1*0301	DPB1*1301

Especificidades Reportadas	DR13	DR4	DR11	DR12	DR14	DR15	DR16	DR17	DR18	DR51	DR1	DR103	DR52	DR53	DR8	DQ4	DQ7	DQ8	DQA1*04	DPB1*0301	DPB1*1301
Nº de Laboratórios	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1
%	100%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	67%	67%	67%	67%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%

<p>Amostra sem consenso: Somente Seis laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.</p>	<p>Especificidades intermediárias reportadas por 67% dos laboratórios participantes.</p>	<p>Especificidade reportada por um único laboratório participante.</p>
--	--	--