

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2019
Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 91

Laboratório	A2	A11	A25	A26	A29	A33	A34	A66	A68	A69	B7	B27	B38	B39	B42	B46	B48	B51	B52	B54	B55	B56	B57	B58	B60	B62	B63	B64	B65	B67	B75	B76	B78	B81	Cw7		
19	Não Reportado																																				
42	Amarelo		Verde	Verde		Verde	Verde		Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo			Amarelo		Verde	Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Verde	Verde	Amarelo			Verde	Verde	Amarelo			Verde	Amarelo			
44	Amarelo	Verde	Verde	Verde		Verde	Verde	Amarelo	Verde	Amarelo					Amarelo			Verde	Amarelo				Verde	Verde		Amarelo	Amarelo				Amarelo			Verde	Amarelo		
51			Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Amarelo	Verde		Amarelo	Amarelo	Verde	Verde	Amarelo	Verde		Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Verde	Verde	Amarelo	Amarelo	Amarelo	Amarelo		Amarelo	Amarelo	Verde	Verde	Amarelo	Verde	Verde	

Especificidades reportadas	A25	A26	A33	A34	A68	B51	B57	B58	B78	A2	A66	A69	B7	B27	B42	B52	B54	B55	B56	B60	B62	B63	B67	B75	B81	A11	A29	B38	B39	B46	B48	B64	B65	B76	Cw7
Nº de laboratórios	3									2														1											
%	100%									66%														33%											

Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados.
 É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.