

| Laboratório | DR1 | DR103 | DR4 | DR9 | DR10 | DR14 | DR15 | DR16 | DR51 | DR53 | DQ6 |
|-------------|---------------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 19 | Não Reportado | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| | DR1 | DR103 | DR4 | DR9 | DR10 | DR14 | DR15 | DR16 | DR51 | DR53 | DQ6 |

| Especificidades reportadas | DR1 | DR103 | DR4 | DR9 | DR10 | DR15 | DR16 | DR51 | DR53 | DR14 | DQ6 |
|---|------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|--|-----|
| Nº de laboratórios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| % | 100% | | | | | | | | | 50% | |
| Amostra sem consenso: Somente dois laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções . | | | | | | | | | | Especificidade reportada por um único laboratório participante. | |