

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2019
Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 90

Laboratório	A2	B7	B27	B35	B42	B51	B53	B54	B55	B56	B57	B58	B67	B73	B75	B78	B81	B82
2																		
4																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
12																		
13																		
14																		
15																		
18																		
19	Não Reportado																	
20																		
22																		
23																		
24																		
25																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		
43																		
45																		
46																		
47																		
Laboratório	A2	B7	B27	B35	B42	B51	B53	B54	B55	B56	B57	B58	B67	B73	B75	B78	B81	B82

Especificidades reportadas	B57	B58	A2	B51	B78	B67	B42	B7	B55	B81	B35	B53	B56	B82	B27	B73	B54	B75
Nº de laboratórios	35	35	34	31	20	18	17	11	11	10	9	9	9	9	8	6	5	2
%	100%	100%	97%	89%	57%	51%	49%	31%	31%	29%	26%	26%	26%	26%	23%	17%	14%	6%

<p>Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.</p>	<p>Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 6 e 57%.</p>
---	--