



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2021

Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 100

Laboratório	A1	A2	A11	A25	A26	A29	A33	A34	A43	A66	A68	A69	A80	B8	B44	B45	B57	B76	B82	Cw7	Cw12	Cw15	Cw17	
20211562																								
20214902																								
20214557																								
20219358																								
20212598																								
20213229																								
20218763																								
20214730																								
20211367																								
20214240																								
20215013																								
20215868																								
20213851																								
20216668																								
20215364																								
20211227																								
20212342																								
20216098																								
20211196																								
20213093																								
20211565																								
20213565																								
20218034																								
20212247																								
20212830																								
20212888																								
20214196																								
20219858																								
20216576																								
20212395																								
20212853																								
20213477																								
A1	A2	A11	A25	A26	A29	A33	A34	A43	A66	A68	A69	A80	B8	B44	B45	B57	B76	B82	Cw7	Cw12	Cw15	Cw17		

Especificidades reportadas	A25	B8	A2	B76	B45	B44	A66	B82	A43	A80	A26	A29	Cw17	A11	A68	A1	A33	A34	A69	B57	Cw7	Cw12	Cw15
Nº de laboratórios	30	30	27	22	18	17	16	14	9	8	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
%	94%	94%	84%	69%	56%	53%	50%	44%	28%	25%	13%	9%	9%	6%	6%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.				Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 6 e 69%.										Especificidades reportadas por um único laboratório.									

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAc.

	Média	Mínimo	máximo
Bead CN (MFI)	178	13	1010
Bead CP (MFI)	10675	547	29933
PRA (%)	49,5	0,0	85,0
Cutoff (MFI)	1593	931	5000