



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2021

Painel de Fenótipos - Amostra 102

		Painel Fenótipo classe I																																																			
Laboratório		A1	A3	A11	A23	A24	A25	A29	A30	A31	A32	A33	A34	A36	A68	A74	A80	B7	B8	B13	B18	B27	B35	B37	B41	B42	B44	B45	B47	B48	B49	B50	B51	B53	B54	B55	B56	B60	B61	B64	B67	B71	B72	B73	B76	B78	B81	B82	Cw2				
20219858		P	P	P	P	P	N	P	P	P	P	P	N	P	N	P	P	P	P	N	P	N	P	P	P	P	P	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	N	N	N	P	P	P	N	P	P	P	P	N	P	P	P	N
20212395		N	P	P	P	N	P	P	P	P	P	N	P	N	P	P	P	N	P	N	P	P	P	P	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	N	N	N	N	P	P	P	N	N	P	P	N	P	P	N	P	N	P

		Painel de Fenótipo classe II															
Laboratório		DR1	DR103	DR4	DR8	DR11	DR12	DR13	DR14	DR51	DR52	DR53	DQ6	DQ7	DQ8	DP2	DP3
20219858		P	P	P	P	P	P	N	P	N	P	N	N	N	N	N	N
20212395		P	P	P	P	P	P	P	N	P	N	N	P	P	P	P	P

P = Positivo
N = Negativo

Amostra sem consenso: Somente dois laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.