



**CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2021 - 1ª RODADA**  
**PROVA CRUZADA - CITOMETRIA DE FLUXO**

Laboratório	Célula 75						Célula 76					
	Soro 100		Soro 101		Soro 102		Soro 100		Soro 101		Soro 102	
	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B
Referência	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Fraco Positivo	Fraco Positivo
20211562	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20214902	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
20213229	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20214730	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo
20211367	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20215868	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20213851	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20216668	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
20215364	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
20212342	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
20216098	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20211196	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
20212888	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20214196	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo
20212048	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
<b>Consenso</b>	SC (71.4%)	SC (78.6%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	SC (57.1%)	SC (64.3%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	SC (50.0%)	SC (57.1%)

NR = Resultado não reportado  
 SC = Resultado sem consenso