



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2021

Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 104

Laboratório	DR1	DR103	DR7	DR9	DR10	DR51	DQ5	DQ6	DQ7	DQA1*01	DQA1*06	DP3	DP6	DP9	DP14	DP17	DP20	DPA1*02	
20212048																			
20211196																			
20211227																			
20211367																			
20211562																			
20211565																			
20211754																			
20212247																			
20212342																			
20212395																			
20212598																			
20212830																			
20212853																			
20212888																			
20213093																			
20213229																			
20213477																			
20213565																			
20213851																			
20214196																			
20214240																			
20214557																			
20214730																			
20214902																			
20215013																			
20215364																			
20215868																			
20216098																			
20216576																			
20216668																			
20218034																			
20218763																			
20219358																			
20219858																			
	DR1	DR103	DR7	DR9	DR10	DR51	DQ5	DQ6	DQ7	DQA1*01	DQA1*06	DP3	DP6	DP9	DP14	DP17	DP20	DPA1*02	
Especificidades reportadas	DR1	DR9	DR10	DR51	DP3	DP6	DR1*03	DP9	DP14	DP17	DQ5	DP20	DQ6	DR7	DQ7	DQA1*01	DQA1*06	DPA1*02	
Nº de laboratórios	33	33	33	32	32	32	31	31	31	31	30	28	18	7	1	1	1	1	
%	100%	100%	100%	97%	97%	97%	94%	94%	94%	94%	91%	85%	55%	21%	3%	3%	3%	3%	
Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.												Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 21 e 55%.			Especificidades reportadas por um único laboratório.				

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	máximo
Bead CN (MFI)	102	25	412
Bead CP (MFI)	12337	6542	19886
PRA (%)	54,5	20,0	92,0
Cutoff (MFI)	1696	1000	5000