



CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2021

Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 105

Laboratório	A32
20212048	RESULTADO NÃO REPORTADO
20211196	REPORTADO COMO NEGATIVO
20211227	REPORTADO COMO NEGATIVO
20211367	REPORTADO COMO NEGATIVO
20211562	REPORTADO COMO NEGATIVO
20211565	REPORTADO COMO NEGATIVO
20211754	REPORTADO COMO NEGATIVO
20212247	REPORTADO COMO NEGATIVO
20212342	REPORTADO COMO NEGATIVO
20212395	REPORTADO COMO NEGATIVO
20212598	REPORTADO COMO NEGATIVO
20212830	REPORTADO COMO NEGATIVO
20212853	REPORTADO COMO NEGATIVO
20212888	REPORTADO COMO NEGATIVO
20213093	REPORTADO COMO NEGATIVO
20213229	REPORTADO COMO NEGATIVO
20213477	REPORTADO COMO NEGATIVO
20213565	REPORTADO COMO NEGATIVO
20213851	REPORTADO COMO NEGATIVO
20214196	REPORTADO COMO NEGATIVO
20214240	REPORTADO COMO NEGATIVO
20214557	REPORTADO COMO NEGATIVO
20214730	REPORTADO COMO NEGATIVO
20214902	REPORTADO COMO NEGATIVO
20215013	REPORTADO COMO NEGATIVO
20215364	REPORTADO COMO NEGATIVO
20215868	REPORTADO COMO NEGATIVO
20216098	REPORTADO COMO NEGATIVO
20216576	REPORTADO COMO NEGATIVO
20216668	REPORTADO COMO NEGATIVO
20218034	REPORTADO COMO NEGATIVO
20218763	REPORTADO COMO NEGATIVO
20219358	REPORTADO COMO NEGATIVO
20219858	REPORTADO COMO NEGATIVO
	A32

Especificidades reportadas	Resultado Netativo	A32
Nº de laboratórios	32	1
%	97%	3%

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	máximo
Bead CN (MFI)	108	13	944
Bead CP (MFI)	11483	4859	22047
PRA (%)	0,0	0,0	1,0
Cutoff (MFI)	1405	500	2000