



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2022

Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 108

Laboratório	DR10	DR15	DR53	DQ7	DP1	DP2	DP4	DP5	DP9	DP17	DP18	DP28	DPA1*01
20227538													
20226072													
20228300	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20222552													
20229627	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20227601	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20229590	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20223138													
20227395													
20223685	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20228847	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20222629	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20221135													
20228189													
20221665	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20227296	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20229909	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20225462													
20228998													
20229898	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20223987	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20225554													
20229660	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20223998	Não reportou resultado												
20226550	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20228898	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20227494													
20221998	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20229416	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20221515													
20223102													
20225744	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20225974													
20227708	REPORTADO COMO NEGATIVO												
20226399													
	DR10	DR15	DR53	DQ7	DP1	DP2	DP4	DP5	DP9	DP17	DP18	DP28	DPA1*01

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DR53	DP1	DP17	DR10	DP9	DP5	DR15	DP2	DP18	DP28	DQ7	DP4	DPA1*01
Nº de laboratórios	19	13	7	7	6	6	5	3	3	3	3	1	1	1
%	56%	38%	21%	21%	18%	18%	15%	9%	9%	9%	9%	3%	3%	3%
Amostra sem consenso. Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 9 e 38%.											Especificidades reportadas por um único laboratório.			

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	84,19	15,8	552
Bead CP (MFI)	14430,93	4959	32407
PRA (%)	15,34	0	61
Cutoff (MFI)	1590,67	676	5000