



## CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2022

### Painel de Fenótipos - Amostra 106

#### Painel de Fenótipo classe I

Laboratório	Resultado
20226550	Resultado Não Reportado
20221998	Amostra reportada como negativa
20223102	Amostra reportada como negativa
20225744	Amostra reportada como negativa

#### Painel de Fenótipo classe II

Laboratório	Resultado
20226550	Resultado Não Reportado
20221998	Amostra reportada como negativa
20223102	Amostra reportada como negativa
20225744	Amostra reportada como negativa

**Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.**