



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2022

Painel de Fenótipos - Amostra 108

Painel de Fenótipo classe I

Laboratório	Resultado
20226550	Resultado Não Reportado
20221998	Amostra reportada como negativa
20223102	Amostra reportada como negativa
20225744	Amostra reportada como negativa

Painel de Fenótipo classe II

Laboratório	Resultado
20226550	Resultado Não Reportado
20221998	Amostra reportada como negativa
20223102	Amostra reportada como negativa
20225744	Amostra reportada como negativa

Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.