



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2022

Painel de Fenótipos - Amostra 111

Painel de Fenótipo classe I																																												
Laboratório	A2	A3	A11	A23	A24	A29	A30	A31	A66	A69	B7	B8	B13	B27	B35	B38	B39	B41	B42	B44	B45	B46	B48	B50	B54	B55	B56	B60	B61	B62	B67	B71	B72	B73	B75	B76	B81	B82	Cw1	Cw5	Cw12	Cw16	Cw18	
20226550	Resultado Não Reportado																																											
20221998	N	P	P	N	N	N	N	P	N	P	P	N	P	N	N	N	P	N	P	N	N	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P	P	N	N	N	N	N	N	N	N	P	N	N	N
20223102	P	N	N	P	P	P	P	P	P	N	P	N	N	N	P	P	P	P	P	P	N	P	P	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	N	N	N	N	P	P	P	P	P
20225744	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	P	P	N	P	N	N	P	N	P	N	N	N	N	N	N	P	P	P	P	P	N	P	P	N	N	N	N	P	P	N	N	N	N	N

Painel de Fenótipo classe II													
Laboratório	DR1	DR4	DR9	DR10	DR14	DR15	DR16	DR51	DQA1*03	DP11	DP104	DP105	DPA1*03
20226550	Resultado Não Reportado												
20221998	P	N	N	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P
20223102	P	P	P	P	N	P	P	P	N	N	N	N	N
20225744	P	P	N	P	P	P	P	P	N	N	N	N	N

P = Positivo
N = Negativo

Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.