



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 112

Laboratório	A23	A33	A34	A66	A68	B37	B60	Cw2	Cw5	Cw15	Cw17
20234157											
20235278											
20232303											
20237501											
20239151											
20235037	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20233519	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20232948	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20235073											
20238941	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20239524	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20236026											
20237979	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20232893	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20234672											
20236465											
20239390	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20237396											
20234995											
20233191											
20239228	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20233344											
20234655											
20238919											
20239224											
20231525											
20236980	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20231474											
20238816	Não reportou resultado										
20238125	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20235024											
20233974	REPORTADO COMO NEGATIVO										
20239024											
20231094											
20233303											
20235123											
20239019											
20234849	REPORTADO COMO NEGATIVO										
	A23	A33	A34	A66	A68	B37	B60	Cw2	Cw5	Cw15	Cw17

Especificidades reportadas	Cw2	B37	A34	A68	A33	Cw5	Cw15	Cw17	A23	A66	B60
Nº de laboratórios	24	19	9	8	5	5	4	3	1	1	1
%	65%	51%	24%	22%	14%	14%	11%	8%	3%	3%	3%
Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 8 e 65%.									Especificidades reportadas por um único laboratório.		

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	174,44	24,62	1017
Bead CP (MFI)	15957,32	6894,62	29312
PRA (%)	10,22	0	49
Cutoff (MFI)	1755,52	1000	5000