



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 113

Laboratório	DR1	DR4	DR7	DQ2	DQ8	DQA1*03	DQA1*05	DP1	DP3	DP5	DP9	DP10	DP14	DP17
20234157														
20235278														
20232303	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20237501														
20239151														
20235037	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20233519	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20232948	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20235073														
20238941	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20239524	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20236026	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20237979														
20232893	Não reportou resultado													
20234672	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20236465														
20239390	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20237396	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20234995														
20233191														
20239228	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20233344														
20234655	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20238919	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20239224														
20231525	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20236980	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20231474														
20238816	Não reportou resultado													
20238125	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20235024	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20233974	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20239024														
20231094	REPORTADO COMO NEGATIVO													
20233303														
20235123														
20239019														
20234849	REPORTADO COMO NEGATIVO													

Especificidades reportadas	DP14	DP10	DR4	DR7	DP1	DP9	DP17	DQ2	DQ8	DR1	DP3	DQA1*03	DQA1*05	DP5
Nº de laboratórios	13	12	11	7	5	5	5	4	4	2	2	1	1	1
%	36%	33%	31%	19%	14%	14%	14%	11%	11%	6%	6%	3%	3%	3%
Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 6 e 36%.														
Especificidades reportadas por um único laboratório														

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAc.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	382,9	13,26	9485
Bead CP (MFI)	12596,07	64	21704,42
PRA (%)	19,24	0	69
Cutoff (MFI)	1564,81	750	5000