



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 115

| Laboratório | A2 | A33 | A68 | A69 | B57 | B58 |
|-------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20234157 | | | | | | |
| 20235278 | | | | | | |
| 20232303 | | | | | | |
| 20237501 | | | | | | |
| 20239151 | | | | | | |
| 20235037 | | | | | | |
| 20234859 | | | | | | |
| 20233519 | | | | | | |
| 20232948 | | | | | | |
| 20235073 | | | | | | |
| 20238941 | | | | | | |
| 20239524 | | | | | | |
| 20236026 | | | | | | |
| 20237979 | | | | | | |
| 20232893 | | | | | | |
| 20234672 | | | | | | |
| 20236465 | | | | | | |
| 20239390 | | | | | | |
| 20237396 | | | | | | |
| 20234995 | | | | | | |
| 20233191 | | | | | | |
| 20239228 | | | | | | |
| 20233344 | | | | | | |
| 20234655 | | | | | | |
| 20238919 | | | | | | |
| 20239224 | | | | | | |
| 20231525 | | | | | | |
| 20236980 | | | | | | |
| 20231474 | | | | | | |
| 20238816 | Não reportou resultado | | | | | |
| 20238125 | | | | | | |
| 20235024 | | | | | | |
| 20233974 | | | | | | |
| 20239024 | | | | | | |
| 20231094 | | | | | | |
| 20233303 | | | | | | |
| 20235123 | | | | | | |
| 20239019 | | | | | | |
| 20234849 | | | | | | |
| | A2 | A33 | A68 | A69 | B57 | B58 |

| Especificidades reportadas | A2 | B57 | B58 | A68 | A69 | A33 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|------------------------------------------------------|
| Nº de laboratórios | 38 | 38 | 38 | 36 | 35 | 1 |
| % | 100% | 100% | 100% | 95% | 92% | 3% |
| Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas. | | | | | | Especificidades reportadas por um único laboratório. |

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

| | Média | Mínimo | Máximo |
|---------------|----------|---------|---------|
| Bead CN (MFI) | 238,07 | 21,19 | 3408 |
| Bead CP (MFI) | 12538,54 | 3368,02 | 17737,5 |
| PRA (%) | 54,83 | 9 | 62 |
| Cutoff (MFI) | 1408,34 | 842 | 1500 |