



## CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

### Painel de Fenótipos - Amostra 115

Laboratório	Painel de Fenótipo classe I				
	A2	A68	A69	B57	B58
20234859	P	P	P	P	P
20239524	P	P	P	P	P
20234655	P	P	N	P	P
20238125	P	N	N	P	P
20231094	P	P	P	P	P

Laboratório	Painel de Fenótipo classe II															
	DR1	DR103	DR4	DR8	DR9	DR10	DR12	DR15	DR16	DR51	DR52	DR53	DQ5	DQ6	DQ9	DQA1*01
20234859	P	P	P	N	N	P	N	N	N	P	N	N	P	P	N	N
20239524	P	P	P	P	P	N	P	P	P	P	P	P	P	P	P	N
20234655	N	N	N	N	N	N	N	P	P	P	N	N	P	P	N	N
20238125	Amostra reportada como negativa															
20231094	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	P	P	N	P

P = Positivo  
N = Negativo

Amostra sem consenso: Somente seis laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.