



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023 - 1ª RODADA

LABORATÓRIO	CÉLULA 89				CÉLULA 90			
	Soro SE01 - tratado com DTT		Soro SE02 - tratado com DTT		Soro SE01 - tratado com DTT		Soro SE02 - tratado com DTT	
	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B
20234157	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20235278	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20232303	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20237501	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20233408	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20238941	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20239524	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20236026	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20239439	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20236465	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado
20233191	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20239228	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20233344	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20234655	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20235300	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20238919	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20239224	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20236980	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20231474	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20238125	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20235024	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado
20233974	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado	Não Testado
20239024	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20231094	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20233303	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20235123	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20234260	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20239019	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo
20234849	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo

RESULTADOS NEGATIVOS	18	18	18	18	18	18	0	0
RESULTADOS POSITIVOS	0	0	0	0	0	0	18	18

CONSENSO	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Negativo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

NR = Não reportou resultado