



## CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023 - 1ª RODADA

### PROVA CRUZADA - CITOMETRIA DE FLUXO

Laboratório	Célula 91				Célula 92			
	Soro SE01		Soro SE02		Soro SE01		Soro SE02	
	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B
Referência								
20234157	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20235037	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20232948	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20235073	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20236026	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20237979	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20232893	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20234672	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20237396	Positivo	Positivo	NR	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20234995	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20233191	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
20239228	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20236980	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20231474	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
<b>Consenso</b>	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)

NR = Resultado não reportado