



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023 - 2ª RODADA

PROVA CRUZADA - CITOMETRIA DE FLUXO

Laboratório	Célula 95						Célula 96					
	Soro 115		Soro 116		Soro 117		Soro 115		Soro 116		Soro 117	
	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B
Referência												
20234157	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20235037	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20232948	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20235073	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20236026	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo
20237979	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo
20232893	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20234672	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20237396	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20234995	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20233191	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20239228	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20236980	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo
20231474	Positivo	Positivo	Negativo	Negativo	Positivo	Positivo	Negativo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Consenso	Positivo (100%)	Positivo (100%)	SC (71,4%)	SC (64,3%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Negativo (92,9%)	Positivo (92,9%)	SC (78,6%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)

SC = Resultado sem consenso