



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023 - 2ª RODADA

PROVA CRUZADA - CITOMETRIA DE FLUXO

Laboratório	Célula 95				Célula 96			
	Soro SE03		Soro SE04		Soro SE03		Soro SE04	
	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B	Linfócitos T	Linfócitos B
Referência								
20234157	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20235037	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20232948	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	NR	NR	Positivo	Positivo
20235073	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20236026	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20237979	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20232893	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20234672	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20237396	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20234995	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20233191	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20239228	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20236980	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
20231474	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Consenso	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)	Positivo (100%)

SC = Resultado sem consenso

NR = Resultado não reportado