



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra SE01

Laboratório	DR8	DR11	DR12	DR13	DR16	DR51	DR52	DQ4	DQ5	DQ6	DQA1*01	DQA1*03	DQA1*04	DP4	DP11
20234157	■				■	■		■	■						
20235278	■				■	■		■	■						
20232303	■				■	■		■	■						
20237501	■				■	■		■	■						
20239151	Resultado não reportado														
20235037	■							■	■						
20233519	■							■	■						
20232948	■							■	■						
20235073	■				■	■		■	■						
20238941	■							■	■						
20239524	Resultado não reportado														
20236026	■							■	■		■				
20237979	■	■	■		■	■		■	■						
20232893	■				■	■		■	■						
20234672	■							■	■						
20236465	■				■	■		■	■						
20239390	■							■	■						
20237396	■				■	■		■	■						
20234995	■							■	■		■	■	■		
20233191	REPORTADO COMO NEGATIVO														
20239228	Resultado não reportado														
20233344	■				■	■		■	■			■			
20234655	■							■	■						
20238919	■							■	■						
20239224	Resultado não reportado														
20231525	■							■	■						
20236980	■							■	■						
20231474	■				■	■		■	■						
20238816	Resultado não reportado														
20238125	Resultado não reportado														
20235024	■							■	■						
20233974	■		■		■	■		■	■				■		
20239024	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■
20231094	■							■	■						
20233303	■							■	■			■			
20235123	Resultado não reportado														
20239019	■		■		■	■		■	■		■	■	■		
20234849	■							■	■						

Especificidades reportadas	DR8	DQ4	DQ5	DR16	DR51	DR12	DQA1*03	DQA1*01	DQA1*04	DR11	DQ6	DR13	DR52	DP4	DP11	
Nº de laboratórios	29	29	22	14	10	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	
%	94%	94%	71%	45%	32%	13%	13%	10%	10%	6%	6%	3%	3%	3%	3%	
	Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.		Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 6 e 71%.							Especificidades reportadas por um único laboratório.						

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAc.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	110,86	4,94	922
Bead CP (MFI)	12317,45	928,42	28434
PRA (%)	39,29	2	85
Cutoff (MFI)	1823,44	959	8127