



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra SE02

Laboratório	DR13	DR53	DQ5	DQ6	DQ7	DQA1*01	DQA1*02	DQA1*05	DQA1*06	DP1	DP5	DP10	DP11	DP13	DP14	DP20	DPA1*02	DPA1*03	
20234157																			
20235278																			
20232303																			
20237501																			
20239151	Não reportou resultado																		
20235037																			
20233519																			
20232948																			
20235073																			
20238941																			
20239524	Não reportou resultado																		
20236026																			
20237979																			
20232893																			
20234672																			
20236465																			
20239390																			
20237396																			
20234995																			
20239228	Não reportou resultado																		
20233344																			
20234655																			
20238919																			
20239224	Não reportou resultado																		
20231525																			
20236980																			
20231474																			
20238816	Não reportou resultado																		
20238125	Não reportou resultado																		
20235024																			
20233974																			
20239024																			
20231094																			
20233303																			
20235123	Não reportou resultado																		
20239019																			
20234849																			

Especificidades reportadas	DQ7	DP1	DR53	DP5	DQA1*06	DR13	DQ5	DQ6	DQA1*02	DQA1*05	DP20	DQA1*01	DP10	DP11	DP13	DP14	DPA1*02	DPA1*03	
Nº de laboratórios	30	12	8	6	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	
%	100%	40%	27%	20%	10%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
	Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.	Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 7 e 40%.										Especificidades reportadas por um único laboratório.							

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	340,55	25,04	6918
Bead CP (MFI)	11457,19	2754,04	17863
PRA (%)	39,89	0	78
Cutoff (MFI)	1574,8	870	5000