



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2023

Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra SE04

Laboratório	DR-03	DR4	DR7	DR8	DR9	DRL0	DRL1	DRL2	DRL3	DRL4	DRL5	DRL6	DRL7	DRL8	DRS1	DRS2	DRS3	DQ2	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DQAL*01	DQAL*02	DQAL*03	DQAL*04	DQAL*05	DQAL*06	DP1	DP2	DP4	DP5	DP10	DP18	DP20	DP28	DPAL*01	DPAL*03	DPAL*04											
20234157																																																				
20235278																																																				
20232303																																																				
20237501																																																				
20239151	Não reportou resultado																																																			
20235037																																																				
20234859																																																				
20233519																																																				
20232948																																																				
20235073																																																				
20238941	Não reportou resultado																																																			
20239524	Não reportou resultado																																																			
20236026																																																				
20237979																																																				
20232893																																																				
20234672																																																				
20236465																																																				
20239390																																																				
20237396																																																				
20234995																																																				
20233191																																																				
20239228																																																				
20233344																																																				
20234655																																																				
20238919																																																				
20239224	Não reportou resultado																																																			
20231525	Não reportou resultado																																																			
20236980																																																				
20231474																																																				
20238816	Não reportou resultado																																																			
20238125	Não reportou resultado																																																			
20235024																																																				
20233974																																																				
20239024																																																				
20231094																																																				
20233303																																																				
20235123	Não reportou resultado																																																			
20239019																																																				
20234849																																																				

Especificidades reportadas	DR7	DR8	DR9	DR10	DR11	DR12	DR13	DR14	DR15	DR16	DR18	DRS2	DRS3	DQ2	DQ4	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DR4	DR17	DP2	DR103	DRS1	DP10	DP28	DP18	DR4	DP4	DP5	DP10	DP18	DP20	DP5	DQ5	DPAL*01	DPAL*03	DPAL*04				
Nº de laboratórios	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31	31	29	29	28	28	27	17	16	16	16	15	15	11	5	5	3	2	2	1	1	
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	97%	97%	91%	91%	88%	88%	84%	53%	50%	50%	50%	47%	47%	34%	16%	16%	9%	6%	6%	3%	3%
	Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.																							Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 6 e 53%.											Especificidades reportadas por um único laboratório.							

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mini mo	Máxi mo
Bead CN (MFI)	176,49	31	684
Bead CP (MFI)	10675,5	1185	17743
PRA (%)	96,23	43	100
Cutoff (MFI)	1496	1000	2300