



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2024 - 1ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 120

LABORATÓRIO	A1	A2	A23	A24	A25	A26	A29	A32	A33	A34	A43	A66	A68	A69	CW1	CW4	CW12
20241151																	
20241160																	
20241316																	
20241338																	
20241993																	
20242044																	
20242080																	
20242588																	
20242957																	
20243509																	
20243909																	
20244089																	
20244306																	
20244909																	
20245221																	
20245374																	
20245408																	
20245622																	
20245726																	
20245845																	
20247471																	
20247486																	
20247544																	
20247775																	
20247929																	
20247972																	
20248222																	
20248394																	
20248466																	
20248677																	
20248697																	
20248790																	
20248854																	
20248921																	
20249077																	
20249156																	
20249559																	
20249564																	
20249711																	

Especificidades reportadas	A23	A24	A68	A69	A2	CW4	CW1	A43	A29	A1	A25	A26	A32	A33	A34	A66	CW12
Nº de laboratórios	38	38	38	38	37	30	12	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1
%	100%	100%	100%	100%	97.4%	78.9%	31.6%	10.5%	5.3%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%
	Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.					Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 5.3% e 78.9%.				Especificidades discrepantes reportadas por apenas um laboratório.							