



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2024 - 2ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 125

LABORATÓRIO	DR103	DR4	DR8	DR11	DR12	DR13	DR14	DR15	DR16	DR17	DR18	DR51	DR52	DQ2	DQ4	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*01	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*05	DQA1*06	
20241151																										
20241160																										
20241316																										
20241338																										
20241993																										
20242044																										
20242080																										
20242588																										
20242957																										
20243509																										
20243909																										
20244089																										
20244306																										
20244909																										
20245221																										
20245374																										
20245408																										
20245622																										
20245726																										
20245845																										
20247471																										
20247486																										
20247544																										
20247775																										
20247929																										
20247972																										
20248222																										
20248394																										
20248466																										
20248677																										
20248697																										
20248790																										
20248854																										
20248921																										
20249077																										
20249156																										
20249559																										
20249564																										
20249711																										
	Não reportou resultado																									

Especificidades reportadas	DQ4	DQ6	DR8	DR11	DR12	DR13	DR14	DR15	DR16	DR17	DR18	DR52	DQ8	DQ9	DQ7	DR51	DQA1*04	DQA1*03	DQA1*05	DR4	DR103	DQA1*06	DQA1*01	DQ2	DQA1*02
Nº de laboratórios	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	37	37	36	35	30	29	29	27	26	22	11	6	1
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.4%	97.4%	94.7%	92.1%	78.9%	76.3%	76.3%	71.1%	68.4%	57.9%	28.9%	15.8%	2.6%
Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.																	Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 15.8% e 78.9%.							Especificidades discrepantes reportadas por apenas um laboratório.	