



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2024 - 2ª Rodada
 Painel de Antígenos Isolados - Classe I - Amostra 126

LABORATÓRIO	B35	B38	B39	B42	B55	B59	B67	B75
20241151								
20241160								
20241316								
20241338								
20241993								
20242044								
20242080								
20242588								
20242957								
20243509								
20243909								
20244089								
20244306								
20244909								
20245221								
20245374								
20245408								
20245622								
20245726								
20245845								
20247471								
20247486	REPORTADO COMO NEGATIVO							
20247544								
20247775								
20247929								
20247972								
20248222								
20248394								
20248466								
20248677								
20248697								
20248790								
20248854								
20248921								
20249077								
20249156								
20249559								
20249564	Não reportou resultado							
20249711								

Especificidades reportadas	B67	B42	B55	B35	B59	B39	B75	B38
Nº de laboratórios	37	34	34	6	4	3	2	1
%	97.4%	89.5%	89.5%	15.8%	10.5%	7.9%	5.3%	2.6%
	Especificidades validadas pelo consenso de 80% das especificidades reportadas.			Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 5.3% e 15.8%.			Especificidades discrepantes reportadas por apenas um laboratório.	