



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2024 - 2ª Rodada
 Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 127

LABORATÓRIO	DR1	DR7	DR8	DR9	DR12	DR52	DP6	DP9	DP10	DP17
20241151										
20241160										
20241316										
20241338										
20241993										
20242044										
20242080										
20242588										
20242957										
20243509										
20243909										
20244089										
20244306										
20244909										
20245221										
20245374										
20245408										
20245622										
20245726										
20245845										
20247471										
20247486										
20247544										
20247775										
20247929										
20247972										
20248222										
20248394										
20248466										
20248677										
20248697										
20248790										
20248854										
20248921										
20249077										
20249156										
20249559										
20249564	Não reportou resultado									
20249711										

Especificidades reportadas	DR12	DP6	DR9	DR52	DR7	DR8	DP9	DP10	DP17	DR1
Nº de laboratórios	38	28	26	26	25	16	12	5	2	2
%	100%	73.7%	68.4%	68.4%	65.8%	42.1%	31.6%	13.2%	5.3%	5.3%

Especificidades reportadas
Especificidades validadas pelo consórcio de 88% das especificidades reportadas

Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 5.3% e 73.7%.