

Laboratório	Screening Classe I		
	Amostra 85	Amostra 86	Amostra 87
2	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
64	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
67	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
69	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
71	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
72	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
75	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
81	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
84	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
85	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
86	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
87	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
90	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
91	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
92	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
94	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
95	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
96	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
98	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
99	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
100	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
101	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
106	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
108	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
110	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
112	NR	NR	NR

Laboratório	Screening Classe II		
	Amostra 85	Amostra 86	Amostra 87
2	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
64	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
67	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
69	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
71	POSITIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
72	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
75	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
81	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
84	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
85	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
86	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
87	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
90	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
91	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
92	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
94	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
95	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
96	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
98	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
99	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
100	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
101	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
106	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
108	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
110	NEGATIVO	NEGATIVO	NEGATIVO
112	NR	NR	NR

	RESULTADOS - Screening classe I		
	Amostra 85	Amostra 86	Amostra 87
TOTAL	26	26	26
POSITIVO	25	25	25
NEGATIVO	0	0	0
NÃO REPORTOU	1	1	1
	Consenso	Consenso	Consenso

	RESULTADOS - Screening classe II		
	Amostra 85	Amostra 86	Amostra 87
TOTAL	26	26	26
POSITIVO	2	1	1
NEGATIVO	23	24	24
NÃO REPORTOU	1	1	1
	Consenso	Consenso	Consenso