

<b>CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2018</b>
<b>Painel de Fenótipos - Classe I - amostra 85</b>

Laboratório	A2	A11	A25	A26	A33	A34	A66	A68	A69	B38	B46	B51	B52	B57	B58	B60	B62	B63	B75	B76	B78
84																					
90																					
110																					

Especificidades reportadas	A11	A25	A26	A33	A34	A66	A68	B57	B58	B63	A2	A69	B38	B46	B51	B52	B60	B62	B75	B76	B78
Nº de laboratórios	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
%	<b>100%</b>								<b>67%</b>		<b>33%</b>										
	<p>Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.</p>								<p>Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes com 67%.</p>		<p>Especificidade reportada por um único laboratório participante.</p>										