



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2024 - 2ª Rodada  
 Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 125

LABORATÓRIO	DR1	DR103	DR4	DR8	DR11	DR12	DR13	DR14	DR15	DR16	DR17	DR18	DR51	DR52	DR53	DQ4	DQ6	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1_01	DQA1_02	DQA1_03	DQA1_04	DQA1_05	DQA1_06
20243909	Amarelo	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
20244306	Verde	Verde	Verde	Amarelo	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Amarelo	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
20245374	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
20247929	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
20249559	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde

Especificidades reportadas	DQ7	DQ8	DQ9	DR4	DR11	DR12	DR13	DR14	DR17	DR18	DR51	DR52	DR103	DQ6	DR15	DR16	DQ4	DR1	DR8	DQA1_04	DQA1_05	DQA1_06	DQA1_01	DQA1_02	DQA1_03	DR53
Nº de laboratórios	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80.0%	80.0%	80.0%	60.0%	60.0%	60.0%	40.0%	40.0%	40.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%