



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2024 - 2ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 126

LABORATÓRIO	DQ4	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*03	DQA1*06	DP11
20241151	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20241160	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20241316	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20241338	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20241993	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20242044							
20242080	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20242588	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20242957	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20243509	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20243909	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20244089	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20244306	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20244909	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20245221	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20245374	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20245408	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20245622	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20245726	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20245845	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20247471	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20247486	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20247544	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20247775	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20247929	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20247972	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20248222	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20248394	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20248466	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20248677	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20248697	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20248790	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20248854							
20248921	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20249077	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20249156	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20249559	REPORTADO COMO NEGATIVO						
20249564	Não reportou resultado						
20249711	REPORTADO COMO NEGATIVO						

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DQA1*03	DP11	DQ4	DQ7	DQ8	DQ9	DQA1*06
Nº de laboratórios	37	2	1	1	1	1	1	1
%	94.9%	5.3%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%
Resultado consenso negativo	Especificidades intermedi	Especificidades discrepantes reportadas por apenas um laboratório.						