

Laboratório	A25	A26	A34	A66	B46
84					
90					
110					
	A25	A26	A34	A66	B46

Especificidades reportadas	A25	A26	A34	A66	B46
Nº de laboratórios	3	3	3	3	2
%	100%				67%

<p>Amostra sem consenso: Somente três laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.</p>	<p>Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes com 67%.</p>
--	--