

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2018

Painel de Fenótipos - Classe I - Amostra 82

Laboratório	A2	B57	B58	A69
84				
90				
	A2	B57	B58	A69

Especificidades reportadas	A2	B57	B58	A69
Nº de laboratórios	2	2	2	1
%	100%			50%
<p>Amostra sem consenso: Somente dois laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções.</p>				<p>Especificidade reportada por um único laboratório participante.</p>