

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2018

Painel de Fenótipos - Classe II - amostra 84

Laboratório	Resultados
84	Amostra reportada como negativa
90	Amostra reportada como negativa

Resultado Negativo

Amostra sem consenso: Somente dois laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções .