



**CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2020**  
**Screening - Classe I e II - 1ª rodada**



Laboratório	Screening Classe I		
	Amostra 94	Amostra 95	Amostra 96
2020408-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020632-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020887-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020965-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020678-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020664-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020536-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020446-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020854-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020936-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020473-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020436-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020753-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
202056-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020851-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020620-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020148-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020557-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020390-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020772-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020533-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020105-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020196-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020243-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020439-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020610-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO

Laboratório	Screening Classe II		
	Amostra 94	Amostra 95	Amostra 96
2020408-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020632-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020887-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020965-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020678-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020664-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020536-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020446-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020854-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020936-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020473-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020436-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020753-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
202056-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020851-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020620-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020148-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020557-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020390-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020772-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020533-1	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020105-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020196-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020243-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020439-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO
2020610-1	POSITIVO	NEGATIVO	POSITIVO

<b>Consenso</b>	POSITIVO (100%)	POSITIVO (100%)	POSITIVO (100%)
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Consenso</b>	POSITIVO (53.8%) - SC	NEGATIVO (92.3%)	POSITIVO (100%)
-----------------	-----------------------	------------------	-----------------

SC = Resultado sem consenso



**CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2020**  
**Screening - Classe I e II - 2ª rodada**



Laboratório	Screening Classe I		
	Amostra 97	Amostra 98	Amostra 99
2020408-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020632-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020887-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020965-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020678-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020664-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020536-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020446-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020854-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020936-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020473-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020436-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020753-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
202056-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020851-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020620-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020148-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020557-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020390-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020772-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020533-1	POSITIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020105-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020196-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020243-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020439-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020610-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO

<b>Consenso</b>	POSITIVO (100%)	POSITIVO (100%)	POSTIVO (53.8%) - SC
-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Laboratório	Screening Classe II		
	Amostra 97	Amostra 98	Amostra 99
2020408-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020632-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020887-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020965-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020678-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020664-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020536-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020446-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020854-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020936-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020473-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020436-1	NEGATIVO	POSITIVO	NEGATIVO
2020753-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
202056-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020851-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020620-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020148-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020557-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020390-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020772-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020533-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020105-1	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020196-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020243-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020439-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO
2020610-1	NEGATIVO	POSITIVO	POSITIVO

<b>Consenso</b>	NEGATIVO (88.5%)	POSITIVO (100%)	POSITIVO (96.2%)
-----------------	------------------	-----------------	------------------

SC = Resultado sem consenso