



<b>CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2017</b>
<b>Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 78</b>

Laboratório	DR4	DR7	DR9	DR53	DQ8	DR1	DR10
14							
27							
35							
	DR4	DR7	DR9	DR53	DQ8	DR1	DR10

Especificidades reportadas	DR4	DR7	DR9	DR53	DQ8	DR1	DR10
Nº de laboratórios	3	3	2	2	2	1	1
%	100%	100%	67%	67%	67%	33%	33%

<p>Amostra sem consenso: Somente 5 laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções .</p>	<p>Especificidade intermediária reportada pelos laboratórios participantes em 67%.</p>	<p>Especificidade reportada por um único laboratório participante.</p>
--	--	--