

Laboratório	DR4	DQ2	DQA1*05
3		Amostra reportada como negativa	
4		Amostra reportada como negativa	
5		Amostra reportada como negativa	
6		Amostra reportada como negativa	
8		Amostra reportada como negativa	
10		Amostra reportada como negativa	
11			
13		Amostra reportada como negativa	
15		Amostra reportada como negativa	
16		Amostra reportada como negativa	
17		amostra reportada como negativa	
23			
25		Amostra reportada como negativa	
26		Amostra reportada como negativa	
32		Amostra reportada como negativa	
33		Amostra reportada como negativa	
34		Amostra reportada como negativa	
35		Amostra reportada como negativa	
37		Amostra reportada como negativa	
38		Não Reportou	
39		Amostra reportada como negativa	
41		Não Reportou	
42		Amostra reportada como negativa	
43		Amostra reportada como negativa	
44		Amostra reportada como negativa	
45		Amostra reportada como negativa	
46		Amostra reportada como negativa	
47		Amostra reportada como negativa	
48			
50		Amostra reportada como negativa	
51		Amostra reportada como negativa	
52		Amostra reportada como negativa	
53		Amostra reportada como negativa	
54		Amostra reportada como negativa	
55		Amostra reportada como negativa	
	DR4	DQ2	DQA1*05

Especificidades reportadas	Nenhuma especificidade reportada	DQ2	DR4	DQA1*05
Nº de laboratórios	30	2	1	1
%	91%	6%	3%	3%
O resultado consenso dessa amostra foi validado como negativo por mais de 80% dos laboratórios.	6% dos laboratórios reportaram essa especificidade.		Especificidades reportadas por um único laboratório.	