

**CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2016**

**Painel de Fenótipos - Classe II - Amostra 73**

Laboratório	DR11	DR13	DR14	DR17	DR18	DR51	DR52	DQ7	DQ8
4	Não realizou o Teste								
7	■	■	■	■	■	■	■	■	■
19	Não realizou o Teste								
25	■	■	■	■	■	■	■	■	■
35	■	■	■	■	■	■	■	■	■
45	■	■	■	■	■	■	■	■	■
47	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	DR11	DR13	DR14	DR17	DR18	DR51	DR52	DQ7	DQ8

Especificidades reportadas	DR11	DR14	DR13	DR17	DR18	DR52	DQ8	DR51	DQ7
Nº de laboratórios	5	4	3	3	3	3	2	1	1
%	100%	80%	60%	60%	60%	60%	40%	20%	20%
<p>Amostra sem consenso: Somente cinco laboratórios reportaram seus resultados. É exigido para consenso um mínimo de dez laboratórios para validação da amostra conforme item 3 da carta de Instruções .</p>			<p>Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 40% e 60%.</p>				<p>Especificidade reportada por um único laboratório participante.</p>		