

CONTROLE DE QUALIDADE ABH - 2016

Painel de Antígenos Isolados - Classe II - amostra 75

Laboratório	Resultado
3	Amostra reportada como negativa
4	Amostra reportada como negativa
5	Reportou que não realizou o teste
6	Amostra reportada como negativa
8	Amostra reportada como negativa
9	Reportou que não realizou o teste (Screening Negativo)
10	Amostra reportada como negativa
11	Amostra reportada como negativa
14	Amostra reportada como negativa
15	Amostra reportada como negativa
16	Amostra reportada como negativa
18	Amostra reportada como negativa
19	Amostra reportada como negativa
20	Amostra reportada como negativa
21	Amostra reportada como negativa
22	Amostra reportada como negativa
24	Amostra reportada como negativa
26	Amostra reportada como negativa
29	Amostra reportada como negativa
30	Amostra reportada como negativa
31	Amostra reportada como negativa
32	Reportou que não realizou o teste (Screening Negativo)
34	Amostra reportada como negativa
35	Amostra reportada como negativa
36	Amostra reportada como negativa
37	Amostra reportada como negativa
38	Amostra reportada como negativa
39	Amostra reportada como negativa
41	Amostra reportada como negativa
43	Amostra reportada como negativa
44	Amostra reportada como negativa
45	Amostra reportada como negativa
48	Amostra reportada como negativa
49	Não Reportou Resultado
51	Amostra reportada como negativa
52	Amostra reportada como negativa
	Resultado

Especificidades reportadas	Nenhuma especificidade reportada
Nº de laboratórios	32
%	100%
O resultado consenso dessa amostra foi validado como negativo por mais de 80% dos laboratórios.	